

## Kardiologie

Universitätsspital Basel  
Petersgraben 4, CH-4031 Basel  
Telefon +41 61 265 44 45, Fax +41 61 265 45 98

Information et consentement éclairé du patient

### **Remplacement de boîtier de défibrillateur interne pour épuisement de la pile**

Chère patiente, cher patient,

Le suivi de votre défibrillateur interne a indiqué une usure de la pile, nécessitant un remplacement du boîtier.

#### **Déroulement de l'intervention**

L'intervention se déroule en règle générale sous anesthésie locale. Une incision est pratiquée (souvent sur la cicatrice préexistante) pour sortir le boîtier du défibrillateur interne, déconnecter les sondes et tester leur bon fonctionnement avant de les reconnecter au nouveau boîtier. Ce dernier sera alors placé dans la poche préexistante et programmé après fermeture de la peau. Les battements cardiaques seront assurés durant toute la procédure, si nécessaire au moyen de perfusion intraveineuse de médicaments ou par l'implantation d'une sonde de pacemaker provisoire par un accès veineux au niveau du pli de l'aîne.

#### **Possibles complications**

Même si l'intervention se déroule sans problème dans la majorité des cas, de rares complications restent possibles. Un hématome au niveau du site opératoire pourrait être observé. Une éventuelle infection nécessiterait une prise en charge adéquate. Rarement, les sondes peuvent être endommagées lors de l'extraction du boîtier. Au besoin, une nouvelle sonde pourrait être implantée, éventuellement avec l'extraction de la sonde endommagée. Des lésions corporelles graves ou même le décès suite au remplacement de boîtier de pacemaker sont exceptionnelles, et les bénéfices attendues de la procédures l'emporte largement sur les risques potentiels.

Suites opératoires et premier contrôle suite au changement d'un boîtier de pacemaker.

Un court repos au lit suite à l'intervention sera nécessaire. La conduite automobile sera autorisée après environ 1 semaine. Dans l'éventualité de l'apparition d'une tuméfaction dans la région du site opératoire ou d'un écoulement de la plaie, veuillez nous en informer immédiatement. Le premier suivi après le changement de boîtier du défibrillateur a lieu en général après 6 mois.

L'intervention est réalisée sous contrôle radiographique. Il existe donc une certaine exposition à des radiations, qui est toutefois réduite aux doses strictement nécessaires et aussi basses que possible. Une telle intervention ne devrait, au vu de cette exposition, n'être effectuée pendant la grossesse qu'en cas d'urgence.

## Croquis

### S'il vous plaît parlez avec nous

Si vous n'avez pas compris quelque chose, ou si une question qui vous semble importante n'a pas été abordée dans ce formulaire ou lors de l'entretien personnel que vous avez eu avec votre médecin.

### Déclaration de consentement

Monsieur/Madame le/la docteur/e ..... a eu avec moi un entretien d'explication se basant sur le présent formulaire d'information ainsi que sur les résultats des examens préliminaires. J'ai compris ces explications et ai eu l'occasion de poser toutes les questions que je désirais. Après avoir reçu toutes les réponses à mes questions, je me déclare par la présente disposé à subir l'intervention proposée. Je donne mon accord à toutes les procédures d'urgence qui découleraient directement de l'intervention.

Signature de la patiente/du patient: \_\_\_\_\_

Signature du médecin: \_\_\_\_\_

Lieu et date: \_\_\_\_\_

### Consentement à la collecte des données et à leur analyse

J'accepte la collecte et l'analyse des données scientifiques de mon traitement, sous une forme électronique cryptée.

Si nécessaire, la traçabilité des données est assurée pour l'assurance qualité. Nous vous garantissons un droit d'accès illimité pour consulter vos données archivées.

Signature de la patiente/du patient: .....

Lieu et date: .....